

MEDITSIINILISED SURVESUKAD

Medical compression hosiery

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- koostatud esimest korda;
- jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2013. aasta maikuu numbris.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud Nanso Group Eesti AS, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus.

Standardi on koostanud Nanso Group Eesti AS (insener Eve Grevingk), standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 11 „Meditsiiniseadmed“.

Standard on koostatud varasema Eesti standardi EVS-ENV 12718:2002 „Meditsiinilised survesukad ja -sokid“ alusel ja asendab sisuliselt seda standardit. Standard kehtestab meditsiiniliste survesukkade kvaliteedinõuded ja sukkade liigid, mis on oluline teave sukkade kasutussoovituste määramisel.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 11.120.20 Haavasidemed ja -kompressid

Võtmesõnad: nomenklatuur, survesukad

Hinnagrupp F

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

SISUKORD

1	KÄSITLUSALA	4
2	NORMIVIITED	4
3	TERMINID JA MÄÄRATLUSED	4
4	SURVEKLASSID	4
5	SUKKADE LIIGID	5
6	SUKKADE SUURUSED JA PIKKUSED	5
7	SURVEEPÜÜR	6
8	SUKA NINA ÕMBLUSED	6
9	KASUTATAVAD MATERJALID	6
10	KONSTRUKTSIOON	7
11	SUKKADE VENIVUS	7
12	SUKKADE SURVE MÄÄRAMINE	8
13	PAKKIMINE JA MARKEERIMINE	10
	Kirjandus	11

1 KÄSITLUSALA

See standard kehtestab nõuded survesukkadele, mida kasutatakse jalaveenide ja lümfisoonte haiguste puhul ja mis on valmistatud looduslikest ja sünteetilisest niitidest kombinatsioonis kõrgelastsete niitidega. Standardi nõuded ei kehti profülaktilistele survesukkadele.

2 NORMIVIITED

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

CEN/TR 15831:2009. Method for testing compression in medical hosiery

EVS-EN ISO 139. Tekstiil. Standardkeskkond konditsioneerimiseks ja testimiseks

EVS-EN ISO 6330:2012. Tekstiil. Koduse pesemise ja kuivatuse menetlused tekstiili testimisel

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi.

3.1

jääksurve (*residual pressure*)

surve jala kindlas punktis, väljendatuna protsentides survest sääre alumisel osal

3.2

kudumisridadevahelised niidid (*inlaid thread yarn*)

silmusridade struktuuris asetsevad niidid, mis ei moodusta silmuseid

3.3

meditsiinilised survesukad (*medical compression hosiery*)

jalgadele astmeliselt muutuvat survet avaldavad sukad jalaveenide ja lümfisoonte haiguste raviks

3.4

surve (*compression*)

surve, mida sukk jalale avaldab

3.5

surveepüür (*pressure profile*)

suka surve muutumise graafik piki jalga

3.6

surveklass (*compression class*)

survepiirkond, millele vastab valmistatud suka surve sääre alumisele osale

3.7

tegelik venivus (*practical elongation*)

suka põikisuunaline venivus, väljendatuna protsentides venitamata suka ümbermõõdust

3.8

venivus (*extensibility*)

suka mõõtme muutumine piki- või põikisuunas kindla jõu rakendamisel, määratuna protsentides mõõtmest venitamata asendis

4 SURVEKLASSID

Surve järgi sääre alumisele osale jaotatakse meditsiinilised survesukad nelja surveklassi, vt tabel 1.