

VEE KVALITEET

Nitraadi määramine

Osa 3: Spektromeetiline meetod sulfosalitsüülhappega

Water quality

Determination of nitrate

Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2018. aasta märtsikuu numbris.

3.6 Nitraat, põhilahus, $\rho_N = 1000$ mg/l

Asendada esimese lõigu esimene lause järgmiselt:

Lahustage $7,215 \text{ g} \pm 0,001 \text{ g}$ kaaliumnitraati (KNO_3) (eelnevalt kuivatatud 105°C juures vähemalt 2 tundi) 750 ml vees.

ICS 13.060.50

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee