

Medical electrical equipment –

**Part 1-11: General requirements for basic safety
and essential performance –
Collateral Standard: Requirements for medical
electrical equipment and medical electrical
systems used in the home healthcare
environment**

Appareils électromédicaux –

**Partie 1-11: Exigences générales pour la
sécurité de base et les performances
essentielles – Norme Collatérale: Exigences
pour les appareils électromédicaux et les
systèmes électromédicaux utilisés dans
l'environnement des soins à domicile**

C O R R I G E N D U M 1

**Table 1 – Mechanical strength test
applicability, non-TRANSIT-OPERABLE**

*In the row for Non-TRANSIT-OPERABLE and
PORTABLE ME EQUIPMENT **replace***

Drop (15.3.4.1)

with

Drop (15.3.4.2)

*In the row for Non-TRANSIT-OPERABLE and
MOBILE ME EQUIPMENT **replace***

Drop (15.3.4.1)

with

Drop (15.3.4.2)

**Tableau 1 – Matrice d'essai de résistance
mécanique, non OPERATIONNEL EN
DEPLACEMENT**

*Dans la ligne pour APPAREIL EM non
OPERATIONNEL EN DEPLACEMENT et PORTABLE
remplacer*

Chute (15.3.4.1)

avec

Chute (15.3.4.2)

*Dans la ligne pour APPAREIL EM non
OPERATIONNEL EN DEPLACEMENT et MOBILE
remplacer*

Chute (15.3.4.1)

avec

Chute (15.3.4.2)