

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 80601-2-35
Edition 2.0 2009-10

IEC 80601-2-35
Édition 2.0 2009-10

Medical electrical equipment –

Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads or mattresses and intended for heating in medical use

Appareils électromédicaux –

Partie 2-35: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des dispositifs de réchauffage utilisant des couvertures, des coussins ou des matelas chauffants et destinés au réchauffage des patients en usage médical

CORRIGENDUM 2

201.3.211
LAGGING MATERIAL

Delete, in the existing definition, the word “open-cell”.

Annex BB (normative) – Determination of the LAGGING MATERIAL

BB.1 LAGGING MATERIAL

Replace the existing first paragraph by the following:

The LAGGING MATERIAL has the following characteristics:

- polyurethane or polystyrene;
- thermal conductivity 0,04 W/(mK) ± 10%.

201.3.211
MATÉRIAU DE RECOUVREMENT

Supprimer, dans la définition existante, le terme «cellulaire».

Annexe BB (normative) – Détermination du MATÉRIAU DE RECOUVREMENT

BB.1 MATÉRIAU DE RECOUVREMENT

Remplacer le premier alinéa existant par ce qui suit:

Le MATÉRIAU DE RECOUVREMENT a les caractéristiques suivantes:

- polyuréthane ou polystyrène;
- conductivité thermique 0,04 W/(mK) ± 10%.