

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 11737-1:2006/AC

April 2009

Avril 2009

April 2009

ICS 07.100.10; 11.080.01

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-
1:2006/Cor 1:2007)

Stérilisation des dispositifs médicaux -
Méthodes microbiologiques - Partie 1:
Détermination d'une population de micro-
organismes sur des produits (ISO 11737-
1:2006/Cor 1:2007)

Sterilisation von Medizinprodukten -
Mikrobiologische Verfahren - Teil 1:
Bestimmung der Population von
Mikroorganismen auf Produkten (ISO
11737-1:2006/Cor 1:2007)

This corrigendum becomes effective on 8 April 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 8 avril 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 8. April 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 D/E/F

Endorsement notice

The text of ISO 11737-1:2006/Cor.1:2007 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.



INTERNATIONAL STANDARD ISO 11737-1:2006
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2007-05-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Sterilization of medical devices — Microbiological methods —
Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Stérilisation des dispositifs médicaux — Méthodes microbiologiques —

Partie 1: Détermination d'une population de micro-organismes sur des produits

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 11737-1:2006 was prepared by Technical Committee ISO/TC 198,
Sterilization of health care products

Page 17

Subclause A.7.2

In paragraph 2, the last sentence shall read:

However, this approach can be used for products with low levels of bioburden.

(The verb form “cannot be” has been corrected to “can be”.)