
ICS 11.040.55

English Version

**Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements
for the basic safety and essential performance of magnetic
resonance equipment for medical diagnosis
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)**

Appareils électromédicaux - Partie 2-33: Exigences
particulières pour la sécurité de base et les performances
essentielles des appareils à résonance magnétique utilisés
pour le diagnostic médical
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-33: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit von
Magnetresonanzgeräten für die medizinische Diagnostik
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

This corrigendum becomes effective on 4 March 2016 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016 was approved by CENELEC as EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60601-2-33
Edition 3.0 2010-03

IEC 60601-2-33
Édition 3.0 2010-03

Medical electrical equipment –

**Part 2-33: Particular requirements for the basic
safety and essential performance of magnetic
resonance equipment for medical diagnosis**

Appareils électromédicaux –

**Partie 2-33: Exigences particulières pour la
sécurité de base et les performances
essentielles des appareils à résonance
magnétique utilisés pour le diagnostic médical**

CORRIGENDUM 2

**201.12.4.102.3.3 Limits related to
peripheral nerve stimulation
(PNS)**

*Add, in the first and second dash of item
a):*

"mean" before "PNS THRESHOLD LEVEL".

**201.12.4.102.3.3 Limites liées à la
stimulation du nerf périphérique
(SNP)**

*Ajouter, dans le premier et deuxième tiret
du point a):*

"moyen" après "NIVEAU DE SEUIL DE SNP".