

RAPPORT  
TECHNIQUE  
TECHNICAL  
REPORT

CEI  
IEC  
513

Deuxième édition  
Second edition  
1994-01

---

Aspects fondamentaux  
des normes de sécurité pour  
les appareils électromédicaux

Fundamental aspects  
of safety standards for  
medical electrical equipment



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 513: 1994

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**  
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

## Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

## Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*;
  - la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*;
  - la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas*;
- et pour les appareils électromédicaux,
- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale*.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates

## Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*, which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

## Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets*;
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams*;

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice*.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

RAPPORT  
TECHNIQUE – TYPE 3  
TECHNICAL  
REPORT – TYPE 3

CEI  
IEC  
513

Deuxième édition  
Second edition  
1994-01

Aspects fondamentaux  
des normes de sécurité pour  
les appareils électromédicaux

Fundamental aspects  
of safety standards for  
medical electrical equipment

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XB

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	8
Articles	
Section 1: Généralités	
1 Domaine d'application .....	14
2 Concepts .....	14
2.1 Sécurité de base .....	14
2.2 Efficacité .....	16
2.3 Efficience .....	16
2.4 Performance essentielle .....	16
2.5 Prescriptions essentielles .....	16
2.6 Aptitude à l'emploi .....	18
2.7 Danger .....	18
2.8 Assurance de la qualité .....	18
2.9 Risque .....	18
2.10 Niveau de risque .....	18
2.11 Sécurité .....	18
2.12 Niveau d'intégrité de la sécurité .....	20
2.13 Degré de gravité .....	20
2.14 Utilisateur/opérateur .....	20
Section 2: Sécurité et normes	
3 Dangers .....	22
3.1 Causes des dangers .....	22
3.2 Dangers relatifs au patient .....	24
3.3 Dangers pour l'opérateur .....	24
4 Facteurs affectant la sécurité .....	26
5 Mesures pour réaliser la sécurité .....	26
6 But des normes .....	26
7 Types de normes .....	28
7.1 Normes de produits .....	28
7.2 Normes de processus .....	28
7.3 Normes d'installation et d'environnement .....	28
7.4 Normes d'application .....	30
8 Niveaux de risque acceptables .....	30

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	9
Clause .....	
<b>Section 1: General</b>	
1 Scope .....	15
2 Concepts .....	15
2.1 Basic safety .....	15
2.2 Effectiveness .....	17
2.3 Efficacy .....	17
2.4 Essential performance .....	17
2.5 Essential requirements .....	17
2.6 Fitness for use .....	19
2.7 Hazard .....	19
2.8 Quality assurance .....	19
2.9 Risk .....	19
2.10 Risk level .....	19
2.11 Safety .....	19
2.12 Safety integrity level .....	21
2.13 Severity level.....	21
2.14 User/operator .....	21
<b>Section 2: Safety and standards</b>	
3 Hazards .....	23
3.1 Causes of hazards .....	23
3.2 Patient related hazards .....	25
3.3 Operator hazards .....	25
4 Factors affecting safety .....	27
5 Measures to achieve safety .....	27
6 Goal of standards .....	27
7 Types of standards .....	29
7.1 Product standards .....	29
7.2 Process standards .....	29
7.3 Installation and environmental standards .....	29
7.4 Application standards .....	31
8 Acceptable risk levels .....	31

Articles	Pages
9 Développement de la sécurité et des prescriptions de performances essentielles .....	34
9.1 Identification du danger .....	34
9.2 Degré de gravité .....	36
9.3 Détermination des niveaux de risque acceptables .....	38
9.4 Comment éviter et circonscrire les défauts .....	42
9.5 Niveaux d'intégrité .....	46
9.6 Réalisation de niveaux de risque acceptables .....	46
9.7 Surpassement des prescriptions spécifiées .....	48
9.8 Traitement du risque dans la série des CEI 601 .....	48
9.9 Conditions de défaut .....	50
9.10 Philosophie de premier défaut .....	50
9.11 Niveaux d'intégrité impliqués dans la CEI 601-1 .....	54
9.12 Niveaux de risque acceptables selon les CEI 601 .....	56
10 Accessoires des appareils .....	56
11 Normalisation .....	58
12 Coordination des normes .....	58
12.1 Approche d'ensemble de la sécurité .....	58
12.2 Plan général de développement des normes .....	60
13 Les normes et la loi .....	60
14 Rôle des normes .....	60
15 Les accidents .....	60
16 Maintenance des normes .....	62

**Section 3: Guide pour le développement des futures normes de produit**

17 Identification des problèmes .....	62
18 La priorité .....	62
19 Forme de présentation et structure .....	64
19.1 Titres .....	64
19.2 Domaine d'application et justification .....	64
19.3 Forme de spécification .....	64
19.4 Structure .....	64
20 Spécification des prescriptions de sécurité et de performances essentielles .....	66
20.1 Généralités .....	66
20.2 Prescriptions d'essai spécifiques vs évaluation du processus de conception .....	72

Clause	Page
9 Developing safety and essential performance requirements .....	35
9.1 Hazard identification .....	35
9.2 Severity level .....	37
9.3 Deciding on acceptable risk levels .....	39
9.4 Fault avoidance and control .....	43
9.5 Integrity levels .....	47
9.6 Achieving acceptable risk levels .....	47
9.7 Surpassing specified requirements .....	49
9.8 Treatment of risk in the IEC 601 series .....	49
9.9 Fault conditions .....	51
9.10 Single fault philosophy .....	51
9.11 Integrity levels implied in IEC 601-1 .....	55
9.12 Acceptable risk levels according to IEC 601 .....	57
10 Equipment accessories .....	57
11 Standardization .....	59
12 Coordination of standards .....	59
12.1 Overall approach to safety .....	59
12.2 Overall planning in the development of standards .....	61
13 Standards and the law .....	61
14 Role of standards .....	61
15 Accidents .....	61
16 Maintenance of standards .....	63

### Section 3: Guide to the development of future product standards

17 Identification of problems .....	63
18 Priority .....	63
19 Format and structure .....	65
19.1 Titles .....	65
19.2 Scope and rationale .....	65
19.3 Form of specification .....	65
19.4 Structure .....	65
20 Specifying safety and essential performance requirements .....	67
20.1 General .....	67
20.2 Specific test requirements vs assessment of design process .....	73

Articles	Pages
21 Prescriptions pour les essais .....	74
21.1 Généralités .....	74
21.2 «Condition de premier défaut» et «risque» .....	74
21.3 Dispositifs de protection .....	74
21.4 Composants de haute fiabilité .....	76
21.5 Facteurs de sécurité .....	76
21.6 Méthodes d'essai .....	76
21.7 Normes de sécurité de base .....	78
21.8 Marquage et étiquetage .....	78
21.9 Notifications d'avertissement .....	80
21.10 Autres informations à fournir .....	80
22 Contrôle de la conception .....	80
23 Essais cliniques et évaluations similaires .....	82
24 Prescriptions de performance .....	82
24.1 Généralités .....	82
24.2 Prescriptions de performance essentielle .....	82
24.3 Prescriptions déclaratives essentielles .....	84
24.4 Prescriptions de performance «non essentielle» .....	84
<b>Annexes</b>	
A Classification des parties appliquées .....	86
B Le rôle des normes dans l'évaluation et l'agrément des appareils électromédicaux .....	98
C Amélioration de la sécurité d'ensemble .....	102
D Facteurs de sécurité .....	110
E Historique de la CEI 513, 1ère édition et de la série des CEI 601 .....	114
<b>Figures</b>	
1 Organigramme de gestion du risque .....	34
2 Structure de la série CEI 601 pour la troisième édition de la CEI 601-1 .....	70
C.1 Sécurité d'ensemble .....	106
<b>Tableaux</b>	
1 Classification du risque des accidents .....	40
2 Interprétation du niveau de risque .....	42
3 Troisième édition de la CEI 601-1 et de ses normes collatérales .....	68
B.1 Dangers et causes .....	98
B.2 Rôle des normes dans la sécurité d'ensemble .....	100

Clause		Page
21 Testing requirements .....		75
21.1 General .....		75
21.2 "Single fault condition" and "safety hazard" .....		75
21.3 Protective devices .....		75
21.4 High reliability components .....		77
21.5 Safety factors .....		77
21.6 Test methods .....		77
21.7 Basic safety standards .....		79
21.8 Marking and labelling .....		79
21.9 Warning notices .....		81
21.10 Other information to be provided .....		81
22 Design verification .....		81
23 Clinical trials and similar assessment .....		83
24 Performance requirements .....		83
24.1 General .....		83
24.2 Essential performance requirements .....		83
24.3 Essential disclosure requirements .....		85
24.4 "Non-essential" performance requirements .....		85
<b>Annexes</b>		
A Classification of applied parts .....		87
B The role of standards in the assessment and approval of medical electrical equipment .....		99
C Improving overall safety .....		103
D Safety factors .....		111
E History of IEC 513, 1st edition and IEC 601 series .....		115
<b>Figures</b>		
1 Flow diagram for risk management .....		35
2 Structure of the IEC 601 series under the third edition of IEC 601-1 .....		71
C.1 Overall safety .....		107
<b>Tables</b>		
1 Risk classification of accidents .....		41
2 Interpretation of risk level .....		43
3 Third edition of IEC 601-1 and its collateral standards .....		69
B.1 Hazards and causes .....		99
B.2 Role of standards in overall safety .....		101

## COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### ASPECTS FONDAMENTAUX DES NORMES DE SÉCURITÉ POUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques de types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

La CEI 513, rapport technique de type 3, a été établie par le sous-comité 62A: Aspects généraux des équipements utilisés en pratique médicale, du comité d'études 62 de la CEI: Equipements électriques dans la pratique médicale.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FUNDAMENTAL ASPECTS OF  
SAFETY STANDARDS FOR  
MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but not immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

IEC 513, which is a technical report of type 3, has been prepared by sub-committee 62A: Common aspects of electrical equipment used in medical practice, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical practice.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
62A(SEC)136	62A(SEC)148

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

La première édition de la CEI 513: *Aspects fondamentaux de la sécurité de l'équipement électrique utilisé dans la pratique médicale*, a été publiée en 1976 et a servi de base au développement de:

- la première et de la deuxième édition de la CEI 601-1 (norme de sécurité de base pour les appareils électromédicaux);
- la série CEI 601-1-xx des normes collatérales pour les appareils électromédicaux, et
- la série CEI 601-2-xx des normes particulières pour des types particuliers d'appareils électromédicaux.

L'approche d'origine de la CEI était de préparer des normes séparées de «sécurité» et de «performances» pour les appareils électromédicaux. Ceci était un prolongement naturel de l'approche historique prise au niveau national et international avec les autres normes de l'équipement électrique, (par exemple celles pour les appareils domestiques) où la sécurité physique de base est réglée par l'intermédiaire de normes obligatoires mais où les autres spécifications de performances sont réglées par la pression du marché. Dans ce contexte il a été dit que, «Le pouvoir d'une bouilloire électrique de faire bouillir de l'eau n'est pas critique pour son utilisation sûre!».

On reconnaît maintenant que ceci n'est pas la situation de bon nombre d'appareils électromédicaux, et les utilisateurs ont à compter sur des normes pour assurer les performances essentielles aussi bien que la sécurité de base. Les autorités médicales sont également concernées par la capacité de l'appareil à fonctionner correctement et par la prévention des autres dangers.

Quoique la structure et le contenu de la première et de la deuxième édition de CEI 601-1 soient restreintes à des considérations de sécurité de base, l'augmentation de l'implication clinique dans la préparation des normes particulières a confirmé que, pour beaucoup de types d'appareils électromédicaux, l'utilisateur doit pouvoir compter sur des normes qui assurent formellement une performance adéquate aussi bien que la sécurité de base. De tels domaines comprennent la précision avec laquelle l'appareil contrôle la distribution de l'énergie ou des substances thérapeutiques au patient, ou traite et affiche les données physiologiques qui influent sur la gestion du patient.

Du fait de cette reconnaissance du caractère quelque peu inapproprié de la séparation entre la «sécurité» et la «performance» pour faire face aux dangers qui résulteraient d'une conception inadéquate des appareils électromédicaux, beaucoup de normes particulières de la série CEI 601-2-xx présentent un éventail de prescriptions de performances essentielles qui ne peuvent pas être directement évaluées par l'utilisateur sans application de telles normes. (Cependant, la série CEI 601 actuelle comporte bien moins de prescriptions pour la sécurité fonctionnelle que pour la sécurité de base.)

The text of this technical report is based on the following documents:

Committee draft	Report on Voting
62A(SEC)136	62A(SEC)148

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

The first edition of IEC 513: *Basic Aspects of the safety philosophy for electrical equipment used in medical practice*, was published in 1976 and provided the basis for developing:

- the first and second editions of IEC 601-1 (the parent safety standard for medical electrical equipment);
- the IEC 601-1-xx series of collateral standards for medical electrical equipment, and
- the IEC 601-2-xx series of particular standards for particular types of medical electrical equipment.

The original IEC approach was to prepare separate "safety" and "performance" standards for medical electrical equipment. This was a natural extension of the historical approach taken at the national and international level with other electrical equipment standards (e.g. those for domestic equipment), where basic physical safety is regulated through mandatory standards but other performance specifications are regulated by market pressure. In this context it has been said that, "The ability of an electric kettle to boil water is not critical to its safe use!"

It is now recognized that this is not the situation with many items of medical electrical equipment, and users have to depend on standards to ensure essential performance as well as basic safety. Medical authorities are equally concerned about the ability of the equipment to perform correctly and the prevention of other hazards.

Although the structure and content of the first and second editions of IEC 601-1 were restricted to basic safety issues, increasing clinical involvement in the preparation of the particular standards confirmed that, for many types of medical electrical equipment, the user has to depend on formal standards to ensure adequate performance as well as basic safety. Such areas include the accuracy with which the equipment controls the delivery of energy or therapeutic substances to the patient, or processes and displays physiological data which will affect patient management.

Resulting from this recognition that separating "safety" and "performance" is somewhat inappropriate in addressing the hazards which result from inadequate design of medical electrical equipment, many particular standards in the IEC 601-2-xx series address a range of essential performance requirements which cannot be directly evaluated by the user without applying such standards. (However, the current IEC 601 series includes far less requirements for functional safety than for basic safety).

Il est de plus en plus fortement suggéré que toutes les prescriptions concernant la sécurité et les performances essentielles des appareils électromédicaux soient regroupées au sein d'un seul jeu de normes internationales. La Directive Européenne proposée sur les dispositifs médicaux souligne aussi le besoin d'un seule série de normes couvrant les prescriptions essentielles pour l'ensemble de tels produits.

Un historique de la CEI 513, 1ère édition et de la série des CEI 601 figure à l'annexe E.

La présente deuxième édition de la CEI 513 se propose de servir de guide au développement de la troisième édition de la CEI 601-1, et au-delà du développement des CEI 601-1-xx et 601-2-xx.

Afin de réaliser la cohérence des normes internationales, de répondre aux attentes présentes de la communauté des soins de santé et d'être en ligne avec les développements des CEI 601-2-xx, la présente deuxième édition de la CEI 513 comporte deux modifications majeures:

- Dans la première modification, en partant des considérations de sécurité de base, simples, de la première et de la deuxième édition de la CEI 601-1, le concept de «sécurité» a été élargi pour y inclure le sujet des performances essentielles, (par exemple la précision des appareils de monitorage physiologique).
- Dans la seconde modification, en spécifiant des prescriptions de sécurité minimales, une disposition est prise pour évaluer l'adéquation du processus de conception lorsqu'il fournit une alternative appropriée à l'application de l'essai en laboratoire avec des critères spécifiques d'acceptation ou de refus, (par exemple en évaluant la sécurité de nouvelles technologies telles que les systèmes électroniques programmables).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 1976.

There is also a growing suggestion that all the safety and essential performance requirements for medical electrical equipment should be found within one set of international standards. The proposed European Directive on medical devices also highlights the need for a single series of standards covering essential requirements for all such products.

A history of IEC 513, 1st edition and IEC 601 series can be found in Annex E.

It is intended that this second edition of IEC 513 will provide guidance for developing the third edition of IEC 601-1, and for the further development of the IEC 601-1-xx and IEC 601-2-xx.

In order to achieve consistency in international standards, address present expectations in the health care community and align with developments in IEC 601-2-xx, this second edition of IEC 513 includes two major changes:

- the first change is that the concept of "safety" has been broadened from the simple, basic safety considerations in the first and second editions of IEC 601-1, to include essential performance matters, (e.g. the accuracy of physiological monitoring equipment).
- the second change is that in specifying minimum safety requirements, provision is made for assessing the adequacy of the design process where this provides an appropriate alternative to the application of laboratory testing with specific pass/fail criteria, (e.g. in assessing the safety of new technologies such as programmable electronic systems).

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1976.

## ASPECTS FONDAMENTAUX DES NORMES DE SÉCURITÉ POUR LES APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX

### Section 1: Généralités

#### 1 Domaine d'application

Le présent rapport fait état des considérations fondamentales dont il faut tenir compte pour l'établissement des normes devant assurer la sécurité des appareils électromédicaux.

NOTE - Le présent rapport suit de près les recommandations du Guide 51\*, et développe les sujets qui sont seuls propres à l'utilisation des appareils électromédicaux, ou critiques pour cette utilisation.

Ce rapport est destiné à être utilisé en premier lieu par:

- ceux qui préparent les normes pour la conception, l'installation et l'utilisation d'appareils électromédicaux;
- les autorités réglementant les soins de santé, les laboratoires d'essai et les autres organisations responsables de l'application des normes aux appareils électromédicaux;
- les constructeurs d'appareils électromédicaux;
- ceux qui assemblent les systèmes qui comprennent des appareils électromédicaux.

Le présent rapport peut également être utile pour:

- les utilisateurs ou opérateurs d'appareils électromédicaux;
- les administrateurs d'hôpitaux;
- le personnel non technique impliqué dans l'acquisition d'appareils électromédicaux;
- les enseignants et les étudiants.
- les ingénieurs des hôpitaux et des cliniques responsables de la construction des locaux de soins des patients ou de l'acquisition ou de l'entretien des appareils électromédicaux;

#### 2 Concepts

Les textes suivants ne sont pas destinés à introduire de nouvelles définitions. Il s'agit d'une discussion générale sur la terminologie et les concepts utilisés dans le présent rapport. Lorsqu'un terme particulier est défini dans une publication internationale, cette définition est reproduite après la discussion qui s'y rapporte.

##### 2.1 Sécurité de base

La sécurité de base fournit une protection contre les dangers physiques directs quand on utilise un appareil électromédical dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles (par exemple résistance mécanique, courant de fuite et sécurité incendie).

\* Guide 51 ISO/CEI: 1990, *Principes directeurs pour inclure dans les normes les aspects liés à la sécurité.*

## FUNDAMENTAL ASPECTS OF SAFETY STANDARDS FOR MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT

### Section 1: General

#### 1 Scope

This report identifies fundamental considerations to be taken into account in developing standards to ensure the safety of medical electrical equipment.

NOTE - This report follows closely recommendations of ISO/IEC Guide 51\* and expands on matters which are unique to, or critical in, the application of medical electrical equipment.

This report is primarily intended to be used by:

- those who prepare standards for the design, installation and use of medical electrical equipment;
- health care regulatory authorities, test houses and other organizations responsible for implementing standards for medical electrical equipment;
- manufacturers of medical electrical equipment;
- those who assemble systems which include medical electrical equipment.

This report may also be of assistance to:

- users or operators of medical electrical equipment;
- hospital administrators;
- non-technical personnel involved in the procurement of medical electrical equipment;
- educators and students.
- hospital and clinical engineers responsible for the construction of patient care facilities or for the procurement or maintenance of medical electrical equipment;

#### 2 Concepts

The following material is not intended to introduce new definitions. It is a general discussion on the terminology and concepts used in this report. Where a particular term is defined in an international publication, the definition is reproduced after the relevant discussion herein.

##### 2.1 Basic safety

Basic safety provides protection against direct physical hazards when medical electrical equipment is used under normal or other reasonably foreseeable conditions, (e.g., mechanical strength, leakage current and fire safety).

\* ISO/IEC Guide 51: 1990, *Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards*.