

IEC 61010-1
(Third edition – 2010)

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use –

Part 1: General requirements

CEI 61010-1
(Troisième édition – 2010)

Règles de sécurité pour appareils électriques de
mesurage, de régulation et de laboratoire –

Partie 1: Exigences générales

CORRIGENDUM 2

F.3.1 General

*The instruction applies to the French
language only.*

F.3.1 Généralités

*Remplacer le troisième paragraphe
existant de cet article par le nouveau
paragraphe suivant:*

*La tension d'essai peut être alternative ou
continue. Elle est choisie dans le Tableau
F.1 pour la CATEGORIE DE SURTENSION
appropriée. Pour les essais en tension
alternative et continue, la tension d'essai
est portée à sa valeur spécifiée en moins
de 5 s et maintenue à cette valeur pendant
au moins 2 s. L'essai aux ondes de choc
est l'essai avec une forme d'onde
1,2/50 μ s selon la CEI 61180 en
appliquant au minimum trois impulsions de
chaque polarité espacées d'au moins 1 s.*