
ICS 33.100.10; 33.100.20

English Version

**Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
(CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020)**

Spécification des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques - Partie 1-5: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques - Emplacements d'étalonnage d'antenne et emplacements d'essai de référence pour la plage comprise entre 5 MHz et 18 GHz
(CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020)

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Teil 1-5: Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Messplätze für die Antennenkalibrierung und Referenz-Messplätze für den Frequenzbereich von 5 MHz bis 18 GHz
(CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 18 September 2020 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN 55016-1-5:2015/AC:2020-09 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CISPR 16-1-5
Edition 2.0 2014-12

CISPR 16-1-5
Édition 2.0 2014-12

Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and methods –

Part 1-5: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus – Antenna calibration
sites and reference test sites for 5 MHz to
18 GHz

Spécification des méthodes et des appareils de
mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux
perturbations radioélectriques –

Partie 1-5: Appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité
aux perturbations radioélectriques –
Emplacements d'étalonnage d'antenne et
emplacements d'essai de référence pour la plage
comprise entre 5 MHz et 18 GHz

CORRIGENDUM 1

A.4.2.3 Acceptance criteria

*Replace, in the third paragraph, the value
for the allowed tolerance "0,025 m" with
"0,05 m".*

A.4.2.3 Critère d'acceptation

*Remplacer, dans le troisième alinéa, la
valeur de la tolérance admise "0,025 m" par
"0,05 m".*

A.4.3.3 Acceptance criteria

*Replace, in the third paragraph, the value
for the allowed tolerance "0,015" with
"0,03".*

A.4.3.3 Tolérance d'acceptation

*Remplacer, dans le troisième alinéa, la
valeur de la tolérance admise "0,015" par
"0,03".*

C.1.4.4 h_{rc} and Δh_{rt} calculations (Table C.3)

*Replace, in the last sentence of this
subclause, the cross-reference "A.4.2.3"
with "A.4.2.4".*

C.1.4.4 Calculs de h_{rc} et Δh_{rt} (Tableau C.3)

*Remplacer, dans la dernière phrase de ce
paragraphe, la référence croisée "A.4.2.3"
par "A.4.2.4".*

**C.1.4.5 f_c and Δf_t calculations
(Table C.4)**

Replace, in the last sentence of this subclause, the cross-reference "A.4.3.3" with "A.4.3.4".

C.1.4.5 Calculs de f_c et Δf_t (Tableau C.4)

Remplacer, dans la dernière phrase de ce paragraphe, la référence croisée "A.4.3.3" par "A.4.3.4".