
ICS 33.100.10; 33.100.20

English Version

Specification for radio disturbance and immunity measuring
apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Conducted disturbance
measurements
(CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020)

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure
des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux
perturbations radioélectriques - Partie 2-1: Méthodes de
mesure des perturbations et de l'immunité - Mesures des
perturbations conduites
(CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020)

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten
Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Teil 2-
1: Verfahren zur Messung der hochfrequenten
Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit -
Messung der leitungsgeführten Störaussendung
(CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 18 September 2020 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN 55016-2-1:2014/AC:2020-09 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CISPR 16-2-1
Edition 3.0 2014-02

CISPR 16-2-1
Édition 3.0 2014-02

**Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and
methods –**

**Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity – Conducted
disturbance measurements**

**Spécifications des méthodes et des appareils de
mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux
perturbations radioélectriques –**

**Partie 2-1: Méthodes de mesure des
perturbations et de l'immunité – Mesures
des perturbations conduites**

CORRIGENDUM 1

9.2 Test set

*Replace, in the third paragraph, the value
for the relative permittivity ε_r "1,05" with
"1,4".*

9.2 Montage d'essai

*Remplacer, dans le troisième alinéa, la
valeur de la permittivité relative ε_r "1,05"
par "1,4".*