

TÄITEMATERJALIDE GEOMEETRILISTE OMADUSTE KATSETAMINE**Osa 9: Peenosiste hindamine****Metüleensinise katse****Tests for geometrical properties of aggregates****Part 9: Assessment of fines****Methylene blue test**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta märtsikuu numbris.

1. Lisa A (normlisa) Fraktsiooni 0/0,125 mm metüleensinise arvu (MB_F) määramine

Asendada valem (A.1) järgmiselt:

$$MB_F = \frac{V_1}{M_1} \cdot 10, \quad (A.1)$$

ICS 91.100.15

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee